

COPEM

CATÁLOGO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

***Materiais específicos - COMEIP / Estomaterapia
Curativos e ostomias
Uso Hospitalar***

COPEM - HUCFF

Comissão de Métodos Relacionados à Integridade da Pele

COMEIP/Estomaterapia/

Assessoria Técnica de Materiais/DEN

2024

**Universidade Federal do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Comissão Permanente de Padronização e Qualificação de Materiais e Equipamentos Hospitalares**

Elaborado por

Hellenn Nunes - Enfermeira Líder da COMEIP / Estomaterapia
Karina Chamma Di Piero - Enfermeira Coordenadora da COMEIP / Estomaterapia
Cristiane Fernandes Cunha Bhering/Enfermeira Responsável pela Assessoria Técnica de Materiais DEN

Consultoria e apoio operacional

Antonia Jakeline Galvão de Oliveira - Técnico administrativo Assessoria de Catalogação

Revisado por

Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Coordenadora da COPEM
Glauber Gouvêa - Anestesiologista Coordenador Adjunto da COPEM
Debora Khalil Teixeira - Enfermeira Gestora da Câmara Técnica de Catalogação
Clarice Maria de Araujo Rodrigues - Enfermeira Membro Efetivo da COPEM

Homologado por

Marcos Freire Alpoim - Diretor Geral

Os materiais aqui descritos são de utilização exclusiva do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Este catálogo tem por objetivo apresentar a categorização, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras. A responsabilidade e a segurança dos materiais adquiridos pelo HUCFF, devem ser garantidos pelos fornecedores homologados. As imagens aqui contidas são meramente ilustrativas.

SUMÁRIO

1.	<i>Curativos</i>	5
2.	<i>Sistema para ostomia e bolsas</i>	8
3.	<i>Adjuvante para estomia</i>	10
4.	<i>Outros</i>	12

1. CURATIVOS / COBERTURAS


MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C017156	484843	UN			Curativo / Cobertura Curativo / cobertura: aspecto físico: fita aplicação: para ferida composição: à base de alginato dimensão: cerca de 2,5 cm esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E 30 CM DE COMPRIMENTO.	Reposição do Serviço
C016179	484947	UN			Curativo / Cobertura Curativo / cobertura aspecto físico: placa aplicação: para ferida composição: à base de espuma Pu / hidropolímero / hidrocélular dimensão: cerca de 5 x 10 cm componente 1: com película pu / polietileno componente 4: com prata esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PARA CAVIDADE, NÃO ADERENTE, SEM BORDA	Reposição do Serviço
C016814	484951	UN			Curativo / Cobertura Curativo / cobertura: aspecto físico: placa aplicação: para ferida composição: à base de espuma Pu / hidropolímero / hidrocélular dimensão: cerca de 20 x 20 cm componente 1: com película Pu / polietileno componente 4: com prata esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM BORDA	Reposição do Serviço

C016810	484701	UN	Espuma 10X10CM		Adjuvante para estomia Adjuvante para estomia material: espuma pu aplicação: respiratória tipo: cobertura protetora de estoma - sistema 1, peça tamanho: adulto tipo uso: para traqueostomia esterilidade: descartável. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIMENSÃO 10X10CM.	Reposição do Serviço
C016181	484939	UN	Espuma 10X10CM		Curativo / Cobertura Curativo / cobertura componentes 5: com ibuprofeno aspecto físico: placa aplicação: para ferida composição: à base de espuma Pu / hidropolímero / hidrocelular dimensão: cerca de 10 x 10 cm, esterilidade: estéril.	Reposição do Serviço
C016770	485007	UN			Curativo / Cobertura Curativo / cobertura aspecto físico: placa multicamada aplicação: para ferida composição: à base de espuma pu / hidropolímero / hidrocelular dimensão: cerca de 15 x 15 cm componente 1: com película Pu / polietileno esterilidade: estéril.	Reposição do Serviço
C007180	484808	UN			Curativo / Cobertura Curativo / cobertura aspecto físico: placa aplicação: para ferida composição: à base de hidrocolóide dimensão: cerca de 10 x 10 cm componente 1: com película Pu / polietileno esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EXTRA FINO, SEM BORDA	Reposição do Serviço
C016476	485057	UN			Curativo / Cobertura Curativo / cobertura aspecto físico: malha / gaze aplicação: para ferida composição: à base de	Reposição do Serviço (Utilizado também pela Cir. plástica)


					celulose dimensão: cerca de 7,5 x 20 cm componente 1: com acetato de celulose / rayon componente 2: com petrolato esterilidade: estéril CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ADERENTE, RECORTÁVEL	
C016813	484757	UN	Rolo		Película protetora Película protetora composição: à base de poliuretano (pu) dimensão: cerca de 10 cm de largura. apresentação: em rolo tipo: adesiva esterilidade: uso único. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CERCA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO.	Reposição do Serviço
C016182	484854	UN	Fita		Curativo / Cobertura Curativo / cobertura aspecto físico: fita aplicação: para ferida composição: à base de alginato dimensão: cerca de 2,5 cm componente 2: com cmc componente 4: com prata esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CERCA DE 30 CM DE COMPRIMENTO.	Reposição do Serviço

2. SISTEMA PARA OSTOMIA E BOLSA

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C016759	477424	UN		 	Sistema para estomia Sistema para estomia modelo: drenável aplicação: intestinal tipo bolsa: antiodor transparente tipo recorte base adesiva: pré-cortada acima 70 mm diâmetro: flange acima 70 mm tipo: bolsa e base adesiva compatível 2 peças tipo uso: adulto estrutura: plana tipo base: adesivo microporoso e resina sintética. CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 CLIPE PARA CADA BOLSA.	Reposição do Serviço
C015455	477322	UN			Sistema para estomia Sistema para estomia componentes: antirrefluxo, válvula drenagem modelo: drenável aplicação: urinária componente adicional: com aba para cinto tipo bolsa: antiodor transparente tipo recorte base adesiva: recortável diâmetro: flange até 70 mm tipo: bolsa e base adesiva compatível 2 peças tipo uso: adulto estrutura: plana tipo base: resina sintética CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 CLIPE PARA CADA BOLSA	Reposição do Serviço

C016807	477248	UN			Sistema para estomia Sistema para estomia componentes: com filtro gases modelo: drenável aplicação: intestinal componente adicional: com aba para cinto tipo bolsa: antiodor transparente tipo recorte base adesiva: recortável diâmetro: flange até 70 mm tipo: bolsa e base adesiva compatível 2 peças tipo uso: adulto estrutura: convexa tipo base: adesivo microporoso e resina sintética CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 CLIPE PARA CADA BOLSA	Reposição do Serviço
C019155	477943	UN	Conjunto		Sistema para estomia Sistema para estomia componentes: com filtro gases modelo: drenável aplicação: intestinal tipo bolsa: antiodor transparente tipo recorte base adesiva: recortável diâmetro: flange acima 70 mm tipo: bolsa e base adesiva compatível 2 peças tipo uso: adulto estrutura: plana tipo base: resina sintética. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BASE COM CERCA DE 100 MM	Reposição do Serviço
C016754	485110	UN	Kit		Curativo / Cobertura Curativo / cobertura componente 6: com guia de recorte aspecto físico: placa com borda e bolsa drenagem com tampa e clamp aplicação: para fistula abdominal composição: à base de hidrocolóide esterilidade: uso único formato: Tamanho M.	Reposição do Serviço

3. ADJUVANTE PARA ESTOMIA

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C016751	477288	UN	Frasco cerca de 25 a 60ml (spray)		Adjuvante P/ Estomia Adjuvante para estomia material: solução polimérica, sem álcool aspecto físico: líquido aplicação: intestinal / urinária tipo: protetor de pele periestomia apresentação: spray tipo uso: para formar película	Reposição do Serviço
C016752	484799	UN	Frasco cerca de 20 a 50ml (pó)		Adjuvante P/ Estomia Adjuvante para estomia material: resina sintética, sem álcool aspecto físico: pó aplicação: intestinal / urinária tipo: protetor de pele periestomia apresentação: frasco esterilidade: uso único	Reposição do Serviço
C016753	477276	UN	Frasco cerca de 50 a 70ml (pasta)		Adjuvante P/ Estomia Adjuvante para estomia material: resina sintética, sem álcool aspecto físico: pasta aplicação: intestinal / urinária tipo: protetor de pele periestomia	Reposição do Serviço
C019139	477283	UN			Adjuvante para estomia Adjuvante para estomia; material: resina sintética, sem álcool; aspecto físico: anel plano; aplicação: intestinal / urinária; tipo: protetor de pele periestomia; tamanho: diâmetro até 70 mm. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANEL MOLDÁVEL EM HIDROCOLÓIDE.	Reposição do Serviço
C019138	477281	UN			Adjuvante para estomia Adjuvante para estomia - material: resina sintética, sem álcool; aspecto físico: tira; aplicação: intestinal / urinária; tipo: protetor de pele	Reposição do Serviço

					periestomia; apresentação: modelos variados. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FITA ELÁSTICA EM HIDROCOLÓIDE CERCA DE 5 X 15 CM FORMATO CURVA	
--	--	--	--	--	---	--

4. OUTROS

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
---------	-------	--------------	----------	------------	-----------	-----------

C012006	268959	UN	Bisnaga 30g		Colagenase Colagenase, concentração 1,2 ui/g, pomada, apresentação – bisnaga de 30g.	Reposição do Serviço
C016150	484921	UN	Bisnaga 85g		Curativo / Cobertura Curativo / cobertura: aspecto físico: frasco com gel, aplicação: para ferida, composição: à base de hidrogel, componente 2: com cmc, esterilidade: uso único.	Reposição do Serviço
C016180	485107	UN	Bisnaga cerca de 55-60g		Curativo / Cobertura Curativo / cobertura componentes 5: solução polimérica e dimeticona aspecto físico: agente tópico creme / pomada / pasta aplicação: para ferida esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CREME BARREIRA, SEM ALCOOL, QUE PERMITE ADERÊNCIA DE ADESIVOS	Reposição do Serviço
C013024	390804	UN	Frasco 350ML		Polihexanida Polihexanida: forma farmacêutica: solução aquosa, composição: associada à undecilaminopropil betaína, concentração: 0,1% + 0,1% (frasco de 350 ml).	Reposição do Serviço
C019149	453798	UN	rolo		Fita hospitalar Fita hospitalar - material: dorso em não tecido; componentes: adesivo silicone; dimensões: cerca de 25 mm; tipo: microporosa; características adicionais: hipoalergênico; esterilidade: uso único	Reposição do Serviço

C019150	452776	UN	cerca de 7,5 x 7,5		Compressa gaze Compressa gaze -material: viscose e poliéster; gramatura: 40 g/m2; embalagem: embalagem individual; adicional: 2 dobras; características adicionais: hipoalergênica; esterilidade: estéril, uso único; dimensões: cerca de 7,5 x 7,5 cm; acessórios: não aderente	Reposição do Serviço
C019151	474453	UN			Atadura Atadura - embalagem: embalagem individual; tipo 1: elástica; adicional: hipoalergênica; material 1: tecido misto; dimensões: 15 cm CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COMPRESSIVA / BANDAGEM ELÁSTICA	Reposição do Serviço
C019152	474452	UN			Atadura Atadura - embalagem: embalagem individual; tipo 1: elástica; adicional: hipoalergênica; material 1: tecido misto; dimensões: 30 cm CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COMPRESSIVA / BANDAGEM ELÁSTICA	Reposição do Serviço
C019153	484431	UN			Dispositivo externo para incontinência urinária Dispositivo externo para incontinência urinária - material: silicone; modelo: masculino; embalagem: embalagem individual; característica: autoadesivo; diâmetro: cerca de 35 mm; tipo: preservativo com abertura para drenagem; esterilidade: uso único	Reposição do Serviço

C019154	484428	UN			Dispositivo externo para incontinência urinária Dispositivo externo para incontinência urinária- material: silicone; modelo: masculino; embalagem: embalagem individual; característica: autoadesivo; diâmetro: cerca de 30 mm; tipo: preservativo com abertura para drenagem; esterilidade: uso único	Reposição do Serviço
---------	--------	----	--	--	---	---------------------------------

REFERÊNCIAS

Brasil. RDC Anvisa Nº 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde (Materiais e Equipamentos) (Classes de Risco III e IV).

_____. RDC Anvisa Nº 36/2015 - Registro de Produtos para Diagnósticos IN Vitro (Classes III e IV). (IN Nº03/2015 - critérios de família, RDC Nº 52/2015 - autotestes para HIV e IN Mº 24/2018 - glicosímetros).

- _____. RDC Anvisa Nº 40/2015 - Notificações para Saúde (Materiais e Equipamentos)(Classes de Risco I e II) *Não necessita revalidação*.
- _____. RDC Anvisa Nº 423/2020 - Extinção do regime de cadastro e migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação . (RDC Nº 270/2019 - migração classe de risco I).
- _____. RDC Anvisa Nº 56/2001 - Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos para Saúde.
- _____. RDC Anvisa Nº 340/2020 - Alterações de informações nos processos de regularização de dispositivos médicos e dá outras providências.
- _____. RDC Anvisa Nº 14/2011 - Requisitos para Agrupamento em família de Produtos para Saúde (materiais).
- _____. RDC Anvisa Nº 211/2018 - Prazo de validade de registro de dispositivos médicos (10 anos).
- _____. RDC Anvisa Nº 16/2013 - Requisitos para Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde
- _____. RDC Anvisa Nº 15/20104 - Exigência de CBPF para registro de produtos para saúde das classes de risco III e IV.
- _____. RDC Anvisa Nº 10/2015 - Pesquisa Clínica em Produtos para Saúde.
- _____. RDC Anvisa Nº 27/2011 e IN Nº 4/2015 - Certificação via Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, OCPs, Laboratórios e ANVISA) e adota a série de normas NBR IEC 60601 (Eletromédicos) - Lista de normas técnicas Equipamentos outras normas.

LEGENDAS

Reposição automática - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

Reposição do Serviço - Serviço é responsável pela aquisição.

HISTÓRICO DA DOCUMENTAÇÃO

Data	Revisão	Sumário (preencher apenas no caso de revisão do documento)	Emitido / Cargo (Cargo)	Emitido / Cargo (Cargo)
------	---------	--	----------------------------	----------------------------

09/05/2024	01		Cristiane Bhering	Marcos Freire Alpoim
------------	----	--	-------------------	----------------------