



FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EQUIPOS E BOMBAS INFUSORAS

Os seguintes itens discriminados abaixo deverão ser avaliados objetivamente, e servirão de base para a tomada de decisão por meio de consenso entre os especialistas e a COPEM, se o equipamento satisfaz as exigências institucionais ou não.

Marca:	Esterilização:
Tipo:	Nº de registro da ANVISA:
Fabricante:	Validade:
Lote:	Nº de amostras:
Fornecedor:	Nº do processo de PQ:

❖ Material: Equipamento de bomba infusora tipo:	Comum	Fotossensível	☐	Livre de PVC	Equipamento 0,21micra
--	-------	---------------	--------------------------	--------------	-----------------------

1. QUANTO À EMBALAGEM:	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
a) Possui nome e endereço do fabricante?			
b) Possui data de fabricação, lote e validade do produto?			
c) Possui a inscrição: "Produto de uso único"?			
d) Possui informação sobre o modo de esterilização?			
e) Possui registro legível no MS/ANVISA?			

2. QUANTO AO DISPOSITIVO EQUIPO DE BOMBA:	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
a) Ponta perfurante penetrante			
b) Ponta perfurante com conexão universal			
c) Ponta perfurante com presença de protetor (tampa)			
d) Presença de câmara gotejadora			
e) Tubo vinílico com comprimento mínimo de 2m			
f) Tubo vinílico flexível			
g) Presença de injetor lateral valvulado			
h) Ausência de DEHP			

❖ Material: Equipamento- Bomba Infusora.			
---	--	--	--

1.0. QUANTO O EMPILHAMENTO:	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1.1. Empilhamento: largura > altura			
1.2. Empilhamento de fácil colocação e retirada			
2.0. PRESENÇA DE PRESILHAS POSTERIORES PARA SUPORTE VERTICAL OU HORIZONTAL.			
3.0. PESO INFERIOR A 2 kg.			
4.0. AUTONOMIA DE BATERIA INTERNA NÃO INFERIOR A 2 HORAS (PARA O TRANSPORTE SEGURO).			
5.0. PRESENÇA DE MOSTRADOR DIGITAL DA INFUSÃO E DE FUNÇÕES.			
6.0. Bivolt.			
7.0. BIBLIOTECA DE FÁRMACOS COMPLETA, COM O NOME DOS MESMOS, PADRONIZAÇÃO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO MÍNIMO CERCA DE 50 DROGAS VÁRIAS MODALIDADES DE INFUSÃO: (mcg/min; mcg/kg/min; mcg/h; mcg/kg/h mg/h; mg/kg/h; mg/min; mg/kg/min ml/h; ml/kg/h; U/h; U/min; U/kg/min; U/kg/h).			
8.0. PROGRAMAÇÃO DA BOMBA DE FÁCIL ENTENDIMENTO, COM PURGE			

