

COPEM

CATÁLOGO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Insumos Básicos

Seringas de uso Hospitalar

COPEM - HUCFF

***Assessoria Técnica de Equipamentos, Materiais e Insumos -ATEMI - DEN
2024***

**Universidade Federal do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Comissão Permanente de Padronização e Qualificação de Materiais e Equipamentos Hospitalares**

Elaborado por

Debora Khalil Teixeira - Enfermeira Gestora da Câmara Técnica de Catalogação
Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Responsável pela Assessoria Técnica de Materiais ATEMI - DEN
Yannky Alberto López - Enfermeiro Residente do Programa Multiprofissional em Clínica Geral do HUCFF/UFRJ 2020-2022
Ingrid Régia Lopes Jerônimo - Coordenadora da Educação Permanente
Danielle Soraya Fernandes - Técnica de enfermagem -Assessoria a COEP

Consultoria e apoio operacional

Antonia Jakeline Galvão de Oliveira - Técnico administrativo Assessoria de Catalogação

Revisado por

Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Coordenadora da COPEM
Glauber Gouvêa - Anestesiologista Coordenador Adjunto da COPEM
Debora Khalil Teixeira - Enfermeira Gestora da Câmara Técnica de Catalogação

Homologado por


Marcos Freire Alpoim - Diretor Geral

Os materiais aqui descritos são de utilização exclusiva do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Este catálogo tem por objetivo apresentar a categorização, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras. A responsabilidade e a segurança dos materiais adquiridos pelo HUCFF, devem ser garantidos pelos fornecedores homologados. As imagens aqui contidas são meramente ilustrativas.

SUMÁRIO

1.	<i>Seringas estéreis descartáveis tipo Luer Lock</i>	5
2.	<i>Seringas estéreis descartáveis tipo Luer Slip</i>	7
3.	<i>Seringa estéril descartável com agulha</i>	9

1. SERINGAS ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TIPO LUER LOCK

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C011944	443469 439622	unidade	1ml/escala ml 1ml/escala ui		Seringa luer lock Seringa descartável 1 ml, estéril, com bico luer lock central(rosca dupla), atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada com alto grau de precisão, com intervalo de 0,1 em 0,1ml e subdivisões claras e legíveis a cada 0,01 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.	Reposição automática
C001807	0439640	unidade	3ml		Seringa luer lock Seringa descartável 3 ml, estéril, com bico luer lock central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada com alto grau de precisão, com intervalo de 0,1 em 0,1ml e subdivisões claras e legíveis a cada 0,01ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.	Reposição automática

C001809	0439639	unidade	5ml		Seringa luer lock Seringa descartável 5 ml, estéril, com bico luer lock central, atóxica, apirrogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada com alto grau de precisão, com intervalo de 1,0 em 1,0 ml e subdivisões a cada 0,2 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.	Reposição automática
C001805	0439626	unidade	10ml		Seringa luer lock Seringa descartável 10 ml, estéril, com bico luer lock central, atóxica, apirrogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de 1,0 ml m 1,0 ml e subdivisões a cada 0,2 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.	Reposição automática
C007861	0445833	unidade	20ml		Seringa luer lock Seringa descartável 20 ml, estéril, com bico luer lock central, atóxica, apirrogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de 5,0 em 5,0 e subdivisões a cada 1,0 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico , com abertura em pétala.	Reposição automática

2. SERINGA ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TIPO LUER SLIP

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
CRIAR	0439641	unidade	10ml		Seringa luer slip Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 10 ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, e milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de 1,0 ml em 1,0 ml e subdivisões claras e legíveis a cada 0,2 ml, descartável, estéril, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.	Reposição automática
C001806	0439630	unidade	20ml		Seringa luer slip Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 20 ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, e milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de 5,0 ml em 5,0 ml e subdivisões claras e legíveis a cada 1,0 ml, descartável, estéril, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.	Reposição automática

C001810	466782	unidade	60ml		Seringa luer Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 60 ml, tipo bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, descartável, estéril. Com escala de graduação indelével e milimetrada, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.	Reposição automática
C009020	466782	unidade	60ml		Seringa luer slip Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 60 ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, descartável, estéril. Com escala de graduação indelével e milimetrada, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.	Reposição automática

3. SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM AGULHA

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C001803	469169	unidade	1ml		Seringa com agulha Seringa descartável graduada em unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa ao corpo da seringa de 13 mm de comprimento por 0,3 mm de diâmetro ($\frac{1}{2}$ "29g), sem espaço morto e com capacidade para até 100 unidades de insulina. com dispositivo de segurança retrátil com formato cilíndrico de plástico transparente. embalagem individual, com abertura em pétala.	Reposição automática

REFERÊNCIAS

Brasil. RDC Anvisa Nº 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde (Materiais e Equipamentos) (Classes de Risco III e IV).

_____. RDC Anvisa Nº 36/2015 - Registro de Produtos para Diagnósticos IN Vitro (Classes III e IV).(IN Nº03/2015 - critérios de família, RDC Nº 52/2015 - autotestes para HIV e IN Mº 24/2018 - glicosímetros).

_____. RDC Anvisa Nº 40/2015 - Notificações para Saúde (Materiais e Equipamentos)(Classes de Risco I e II) *Não necessita revalidação.*

_____. RDC Anvisa Nº 423/2020 - Extinção do regime de cadastro e migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação . (RDC Nº 270/2019 - migração classe de risco I).

_____. RDC Anvisa Nº 56/2001 - Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 340/2020 - Alterações de informações nos processos de regularização de dispositivos médicos e dá outras providências.

_____. RDC Anvisa Nº 14/2011 - Requisitos para Agrupamento em família de Produtos para Saúde (materiais).

_____. RDC Anvisa Nº 211/2018 - Prazo de validade de registro de dispositivos médicos (10 anos).

_____. RDC Anvisa Nº 16/2013 - Requisitos para Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde

_____. RDC Anvisa Nº 15/20104 - Exigência de CBPF para registro de produtos para saúde das classes de risco III e IV.

_____. RDC Anvisa Nº 10/2015 - Pesquisa Clínica em Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 27/2011 e IN Nº 4/2015 - Certificação via Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, OCPs, Laboratórios e ANVISA) e adota a série de normas NBR IEC 60601 (Eletromédicos) - Lista de normas técnicas Equipamentos outras normas.

LEGENDAS

Reposição automática - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

Reposição do Serviço - Serviço é responsável pela aquisição.

HISTÓRICO DA DOCUMENTAÇÃO

Data	Revisão	Sumário (preencher apenas no caso de revisão do documento)	Emitido / Cargo (Cargo)	Emitido / Cargo (Cargo)
09/05/2024	01	-	Cristiane Fernandes Cunha Bhering	Marcos Freire Alpoim